

医学会発第 43 号  
平成 27 年 9 月 29 日

日本医学会分科会  
理事長・会長殿

日本医学会長

高久 史磨

医療機器「COOK Spectrum M/R 含浸中心静脈カテーテルキット」の適正使用  
について（周知依頼）

平素より、本会の事業推進にご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

さて、日本医学会長宛に厚生労働省大臣官房参事官（医療機器・再生医療等製品審査管理担当）並びに医薬食品局安全対策課長より本職宛に標記の依頼がありました。

本件につきまして、貴会会員へご周知をいただけますと幸いです。

関連 URL は、

[http://www.kansensho.or.jp/news/gakkai/1509\\_catheter.html](http://www.kansensho.or.jp/news/gakkai/1509_catheter.html)

になります。

なお詳細は、厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器・再生医療等製品審査管理室（担当：小西氏  
Tel03-5253-1111(内線 2787)）にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。


本件の担当 日本医学会事務局 高橋

電話：03-3946-2121（内 4260）

薬食機参発0918第1号  
薬食安発0918第10号  
平成27年9月18日

日本医学会 会長 殿

厚生労働省大臣官房参事官  
(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)



厚生労働省医薬食品局安全対策課長



医療機器「COOK Spectrum M/R 含浸中心静脈カテーテルキット」  
の適正使用について

平素より厚生労働行政に御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。

さて、Cook Japan 株式会社から製造販売承認申請があった抗菌作用中心静脈用カテーテルイントロデューサキット「COOK Spectrum M/R 含浸中心静脈カテーテルキット」について、下記の使用目的で平成27年9月18日付けにて承認しましたので、お知らせします（承認番号：22700BZX00263000）。

この医療機器の使用に当たりましては、添付文書内容及び日本感染症学会の抗菌薬含浸中心静脈カテーテル 適正使用基準を遵守していただき、適正に使用されるために広く周知していただくよう、御協力の程よろしくお願い申し上げます。

なお、承認取得者に対しては、別途この通知の写しを送付することとしております。

## 記

### 使用目的

本品は、中心静脈へ挿入留置し、継続的／一時的又は単独／複数のルーメンによる薬剤（薬液）の注入、静脈圧測定、高カロリー輸液療法、採血、輸血もしくは血液製剤の輸注等を行うためのカテーテルセットである。カテーテルシヤフトの内腔と表面にはミノサイクリン及びリファンピシンが含浸され、カテーテル由来血流感染症のリスクを低減する。