


医学会発 第51号
平成29年10月11日

日本医学会分科会 理事長 会長 殿

日本医学会長
門田 守人



相互接続防止コネクタに係る国際規格（ISO（IEC）80369シリーズ）の導入について（周知依頼）

平素より、本会の事業推進にご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

さて、平成29年10月4日付にて、厚生労働省医政局総務課長、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長、医薬・生活衛生局医薬安全対策課長より、相互接続防止コネクタに係る国際規格（ISO（IEC）80369シリーズ）の導入について、添付のとおり、周知依頼がありましたので、貴学会の会員各位に周知の程よろしく申し上げます。

内容は下記のURLをご覧くださいませようお願いいたします。

<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medical-safety-info/0005.html>

詳細は、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課（03-3595-2435 担当：石井氏）にお問い合わせ下さいませようお願い申し上げます。

日本医学会 電話：03-3946-2121（内線4260）
（担当：高橋）

医政総発 1004 第 2 号
薬生薬審発 1004 第 2 号
薬生機審発 1004 第 2 号
薬生安発 1004 第 2 号
平成 29 年 10 月 4 日

日本医学会長 殿

厚生労働省医政局総務課長



厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長



厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長



厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長



相互接続防止コネクタに係る国際規格（ISO(IEC) 80369 シリーズ）の
導入について

標記について、別添のとおり、各都道府県衛生主管部（局）長等あてに通知を送付しましたので、御了知の上、関係者に対して周知をいただくとともに、円滑な規格切替えへのご配慮をお願いします。

なお、医療現場での混乱を避けるため、新規格に基づく製品の導入に際しては、各医療機関等への情報提供等、十分な調整を行うよう、関係業界団体へも別途通知を発出し、要請していることを申し添えます。